



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

ЦЕНТР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 300

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21A343 от 23.03.2016

117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

Тел. (499) 668-28-80, факс (499) 124-99-96, E-mail: foodtest@rostest.ru

Места осуществления деятельности: 117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31; 141101, Россия, Московская область, г. Щелково, ул. 3-я линия, 31, ком. 5



УТВЕРЖДАЮ

Главный специалист
лаборатории № 352

А.Н. Захаров

11.02.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 190002-22 от 11.02.2022.

Наименование образца испытаний*: Припой с канифолью для точной электроники торговой марки "Navigator" ПОС-61 Люкс

Изготовитель*: ООО "ПМП". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 39000, Россия, рязанская область, г.Рязань, ул. Вознесенская, д. 55

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БТЛ". Место нахождения: 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, дом 24А, этаж 10 часть пом. №3

Заказчик: ООО "БТЛ". Место нахождения: 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, дом 24А, этаж 10 часть пом. №3. Адрес места осуществления деятельности: 115432, Россия, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 5, этаж 13

На соответствие требованиям*: Нерегламентируемые показатели представлены фактическими результатами.

Заявка: № 100406 от 28.01.2022

Дата поступления образца: 28.01.2022

Дата проведения испытаний: с 28.01.2022 по 11.02.2022

Средства измерений и испытательное оборудование: При проведении испытаний использовались поверенные средства измерений и аттестованное испытательное оборудование (см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний: Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений, применяемых в Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам (см. Приложение к протоколу)

Заключение: Представленный на испытания образец соответствует установленным требованиям по проверенным показателям в соответствии с критериями оценки результата испытаний, установленными ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006

Описание образца, место осуществления лабораторной деятельности, условия проведения испытаний (при наличии) приведены в Приложении к протоколу.

Результаты испытаний распространяются только на предоставленный Заказчиком образец. Копирование и перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.

Информация, предоставленная в Приложении к протоколу испытаний, является конфиденциальной, доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению третьим лицам.

Центр несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний, кроме предоставленной Заказчиком. Информация, предоставленная Заказчиком отмечена (*).

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Описание образца:

Сведения об упаковке: катушка, 100 г

Сведения о маркировке: Дата изготовления: 01.09.2021

Срок годности и условия хранения: Срок годности не ограничен. Хранить в сухих отапливаемых помещениях с естественной вентиляцией. ГОСТ 21931-76

Состав: 61% олово, 39% свинец

Припой с канифолью для точной электроники торговой марки "Navigator" ПОС-61 Люкс

Место осуществления лабораторной деятельности: 117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

Результаты испытаний:

Наименование показателя	ед. изм.	Норма по НД/НПА	Фактическое значение	НД на метод испытаний
Химический состав				
Олово	%	-	63,41	Руководство по эксплуатации к рентгенофлуоресцентному анализатору серии Vanta C
Свинец	%	-	36,05	Руководство по эксплуатации к рентгенофлуоресцентному анализатору серии Vanta C

Средства измерений и испытательное оборудование:

1. Прибор комбинированный Testo-610, зав.№ 39228502/206, Свидетельство о поверке № С-МА/06-09-2021/91497795, действительно до 05.09.2022.
2. Мультиметр цифровой Testo 760, зав.№ 0000435, Свидетельство о поверке № С-МА/14-10-2021/101923382, действительно до 13.10.2022.
3. Барометр-анероид метеорологический ВАММ-1, зав.№ 1913, Свидетельство о поверке № С-МА/23-10-2021/103898182, действительно до 22.10.2022.
4. Анализатор портативный рентгенофлуоресцентный Vanta C, зав.№ 820364, Свидетельство о поверке № С-АКЗ/23-03-2021/47091835, действительно до 22.03.2022.

Конец протокола